

Breathing Bag

EN

Keep these instructions for future reference

Intended Use/Indications:

A breathing bag is a device that is intended for use in a breathing system as a reservoir for breathing gas and to assist, control, or monitor a patient's ventilation.

WARNING

DO NOT REUSE. This breathing bag has been designed for one time use only. To do so may result in cross-contamination or cause the device to not perform as intended.

DO NOT soak, rinse, wash, or steam sterilize. To do so may cause the device to not perform as intended.

CAUTION

- Discard after single use according to hospital protocol.
- Federal law (U.S.) restricts this device to sale by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner)

Manufacturer



King systems

15011 Herriman Blvd. Noblesville, IN USA 46060-4253
Tél 317-776-6823 FAX 317-776-6827
www.kingsystems.com

EU Regulatory Representative

Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany

Bolsa Respiratoria

ES

Guardar estas instrucciones para referencia futura.

Uso propuesto/Indicaciones:

Una bolsa respiratoria es un dispositivo para uso en un sistema respiratorio como reserva de gases para respirar, y también para ayudar, controlar o supervisar la ventilación del paciente.

ADVERTENCIA

NO REUTILIZABLE. Esta bolsa respiratoria se ha diseñado para un solo uso. De lo contrario, se podría producir contaminación cruzada o el dispositivo podría no funcionar según lo previsto. NO moje, enjuague o lave el producto, ni lo esterilice con vapor. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar según lo previsto.

PRECAUCIÓN

- Desechar después de usar una vez, de conformidad con el protocolo del hospital.
- Las leyes federales de los EE. UU. restringen la venta de este producto a ó por orden de un médico u otro practicante debidamente autorizado.

Fabricante



King systems

15011 Herriman Blvd. Noblesville, IN USA 46060-4253
Tél 317-776-6823 FAX 317-776-6827
www.kingsystems.com

Representante reglamentario de la UE

Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany

Sacco Respiratorio

IT

Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.

Uso/Indicazioni:

Il sacco respiratorio è un dispositivo inteso, nel sistema respiratorio, per uso riserva di gas respiratori, e per assistere, controllare, o sorvegliare la ventilazione del paziente.

AVVISO

NON RIUTILIZZARE. Questo pallone per anestesia è stato progettato per un solo utilizzo. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare contaminazione crociata o non far funzionare il dispositivo nel modo previsto.

NON immergere, risciacquare, lavare o sterilizzare con vapore. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe non far funzionare il dispositivo nel modo previsto.

ATTENZIONE

- Gettare dopo ogni uso secondo il protocollo ospedaliero.
- Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo apparato ai medici, o a chi è sotto ordine medico (o a professionisti forniti di licenza conforme).

Ditta produttrice



King systems

15011 Herriman Blvd. Noblesville, IN USA 46060-4253
Tél 317-776-6823 FAX 317-776-6827
www.kingsystems.com

EU Responsabile dei regolamenti

Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany

Sac de Respiration

FR

Conserver ce mode d'emploi pour usage ultérieur.

Intentions d'usage/indications:

Un sac de respiration est un appareil destiné à être utilisé dans un système de respiration en tant que réservoir de gaz à respirer, et à aider, contrôler, ou surveiller la ventilation du patient.

AVERTISSEMENT

NE PAS RÉUTILISER. Ce sac respiratoire est exclusivement à usage unique. Sa réutilisation pourrait entraîner une contamination croisée ou nuire aux performances attendues du dispositif. NE PAS faire tremper, rincer, laver ou stériliser à la vapeur. Une telle action pourrait nuire aux performances attendues du dispositif.

ATTENTION

- Jeter à la suite d'une seule utilisation selon le protocole de l'hôpital.
- Les lois fédérales (des Etats-Unis d'Amérique) limitent la vente de cet appareil; elle ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un médecin (ou d'un praticien muni des autorisations nécessaires), ou sur ordonnance.

Fabricant



King systems

15011 Herriman Blvd. Noblesville, IN USA 46060-4253
Tél 317-776-6823 FAX 317-776-6827
www.kingsystems.com

Représentant réglementaire de l'UE

Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany

PG2

INFM-11 V03 2019/08

Atembeutel

DE

Bewahren Sie diese Anleitungen auf, damit Sie bei Bedarf wieder auf sie zugreifen können.

Beabsichtigter Verwendungszweck/Indikationen:

Ein Atembeutel ist eine Vorrichtung, die in einem Beatmungssystem als Reservoir für Beatmungsgase vorgesehen ist und zur Unterstützung, Steuerung und Überwachung der Atemtätigkeit eines Patienten dient.

WARNUNG

NICHT WIEDERVERWENDEN. Dieser Atembeutel wurde für den einmaligen Gebrauch konzipiert. Dies kann zu einer Kreuzkontamination führen oder dazu, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert. NICHT einweichen, spülen, waschen oder mit Dampf sterilisieren. Dies kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.

VORSICHT

- Entsorgen Sie die Vorrichtung nach einmaligem Gebrauch in Übereinstimmung mit den Krankenhausvorschriften.
- Der Verkauf dieses Geräts wird durch (US-) Bundesgesetze geregelt. Das Gerät darf nur durch Ärzte (bzw. ordentlich zugelassene ärztliche Mitarbeiter) verkauft oder verordnet werden.

Hersteller



King systems

15011 Herriman Blvd. Noblesville, IN USA 46060-4253
Tél 317-776-6823 FAX 317-776-6827
www.kingsystems.com

EU – Vertreter der Zulassungsbehörde

Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany

Respirationspåse

SV

Spara dessa anvisningar för framtida bruk.

Avsedd användning/Indikationer:

Respirationspåsen avses ingå i respirationssystem som reservoar för andningsgas samt för att hjälpa, reglera eller övervaka en patients andning.

VARNING

ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK. Denna andningsblåsa är utformad endast för engångsbruk. Om detta försummas kan det leda till korskontamination eller nedsatt funktion hos enheten. FÅR INTE blötläggas, sköljas, tvättas eller steriliseras med ånga. Om detta försummas kan det leda till nedsatt funktion hos enheten.

Obs!

- Kassera efter endast en användning enligt sjukhusbestämmelserna.
- Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares eller legitimerad praktikers anmodan.

Tillverkare



King systems

15011 Herriman Blvd. Noblesville, IN USA 46060-4253
Tél 317-776-6823 FAX 317-776-6827
www.kingsystems.com

Regulativ EU-representant

Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Germany